

	A	B	C	D	E
1		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
8		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
22		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	0,60	0,60	1,00
24	Commissario 2	1,00	0,60	0,60	1,00
25	Commissario 3	1,00	0,60	0,60	1,00
26	Media coefficienti	1,00	0,60	0,60	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	0,60	0,60	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
30					
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>70,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto1

Cella: C22

Commento: La confezione non riporta la misura

Cella: D22

Commento: Nella confezione non è riportata la lunghezza del mount che si desume solo dal codice

	A	B	C	D	E
1		Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	0,00	0,00	1,00	1,00
3	Commissario 2	0,00	0,00	1,00	1,00
4	Commissario 3	0,00	0,00	1,00	1,00
5	Media coefficienti	0,00	0,00	1,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,00	0,00	1,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
8		Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	0,00	0,00	1,00	1,00
10	Commissario 2	0,00	0,00	1,00	1,00
11	Commissario 3	0,00	0,00	1,00	1,00
12	Media coefficienti	0,00	0,00	1,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,00	0,00	1,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
15		Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	0,00	0,00	1,00	1,00
17	Commissario 2	0,00	0,00	1,00	1,00
18	Commissario 3	0,00	0,00	1,00	1,00
19	Media coefficienti	0,00	0,00	1,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	0,00	0,00	1,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
22		Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	0,00	0,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	0,00	0,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	0,00	0,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	0,00	0,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	0,00	0,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
29		Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
30					
31	Punti complessivi	0,00	0,00	70,00	70,00
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto2

Cella: B32

Commento: Mount estensibile curvo non dritto, non trasparente, non idoneo poiché non corrisponde alle caratteristiche del capitolato

Cella: C32

Commento: Non risponde alle caratteristiche del capitolato: curvo e non dritto e non trasparente



	A	B	C	D	E
1		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
2	Commissario 1	1,00	1,00	0,00	0,00
3	Commissario 2	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Commissario 3	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Media coefficienti	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	0,00	0,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
9	Commissario 1	1,00	1,00	0,00	0,00
10	Commissario 2	1,00	1,00	0,00	0,00
11	Commissario 3	1,00	1,00	0,00	0,00
12	Media coefficienti	1,00	1,00	0,00	0,00
13	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	0,00	0,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	0,00	0,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	0,00	0,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	0,00	0,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	0,00	0,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	0,00	0,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	0,60	0,00	0,00
24	Commissario 2	1,00	0,60	0,00	0,00
25	Commissario 3	1,00	0,60	0,00	0,00
26	Media coefficienti	1,00	0,60	0,00	0,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	0,60	0,00	0,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
30					
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>70,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lotto3

Cella: C22

Commento: La confezione non riporta la misura

Cella: D32

Commento: Non idoneo: non corrisponde al capitolato: non fisso ma girevole

Cella: E32

Commento: Non idoneo, non risponde alle caratteristiche del capitolato: non presenta foro per broncoscopia

	A	B	C	D
1		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
2	Commissario 1	0,00	1,00	0,00
3	Commissario 2	0,00	1,00	0,00
4	Commissario 3	0,00	1,00	0,00
5	Media coefficienti	0,00	1,00	0,00
6	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	0,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>
8		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
9	Commissario 1	0,00	1,00	0,00
10	Commissario 2	0,00	1,00	0,00
11	Commissario 3	0,00	1,00	0,00
12	Media coefficienti	0,00	1,00	0,00
13	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	0,00
14	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
15		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
16	Commissario 1	0,00	1,00	0,00
17	Commissario 2	0,00	1,00	0,00
18	Commissario 3	0,00	1,00	0,00
19	Media coefficienti	0,00	1,00	0,00
20	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	0,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
22		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
23	Commissario 1	0,00	1,00	0,00
24	Commissario 2	0,00	1,00	0,00
25	Commissario 3	0,00	1,00	0,00
26	Media coefficienti	0,00	1,00	0,00
27	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	0,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
29		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
30				
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

Lotto4

Cella: D1

Commento: 25/11 RICHIESTA CAMPIONATURA

Cella: B32

Commento: Non idoneo: non fisso, ma ruota. Non risponde alle caratteristiche del capitolato

Cella: D32

Commento: NON PRESENTA CAMPIONATURA

	A	B	C	D	E	F
1		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
3	Commissario 2	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
4	Commissario 3	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
5	Media coefficienti	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
8		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
10	Commissario 2	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
11	Commissario 3	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
12	Media coefficienti	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
17	Commissario 2	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
18	Commissario 3	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
19	Media coefficienti	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
22		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	0,00	1,00	0,60	0,00	1,00
24	Commissario 2	0,00	1,00	0,60	0,00	1,00
25	Commissario 3	0,00	1,00	0,60	0,00	1,00
26	Media coefficienti	0,00	1,00	0,60	0,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	0,00	1,00	0,60	0,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
30						
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto5

Cella: D22

Commento: La confezione non riporta la misura

Cella: B32

Commento: Non idoneo: non è antischiacciamento. 2 campioni si sono lacerati durante la prova

Cella: E32

Commento: Non idoneo: spirale non antischiacciamento

	A	B	C	D	E	F
1		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Commissario 2	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Commissario 3	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Media coefficienti	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>10,50</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
8		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00
10	Commissario 2	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00
11	Commissario 3	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00
12	Media coefficienti	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,60	1,00	1,00	0,60	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>12,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
22		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Teleflex
30						
31	Punti complessivi	57,50	70,00	70,00	62,00	70,00
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>57,50</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>62,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto6

Cella: B1

Commento: Flessibilità e resistenza allo schiacciamento discrete, non eccellenti

Cella: B8

Commento: Flessibilità e resistenza allo schiacciamento discrete, non eccellenti

Cella: E8

Commento: Resistenza allo schiacciamento appena sufficiente



	A	B	C	D
1		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
2	Commissario 1	0,90	0,90	0,90
3	Commissario 2	0,90	0,90	0,90
4	Commissario 3	0,90	0,90	0,90
5	Media coefficienti	0,90	0,90	0,90
6	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
8		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
9	Commissario 1	0,60	0,60	0,60
10	Commissario 2	0,60	0,60	0,60
11	Commissario 3	0,60	0,60	0,60
12	Media coefficienti	0,60	0,60	0,60
13	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
15		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
22		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
29		Intersurgical	Medtronic	Teleflex
30				
31	Punti complessivi	70,00	70,00	70,00
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto7

Cella: B1

Commento: Poco elastico

Cella: C1

Commento: Poco elastico

Cella: D1

Commento: Poco elastico

Cella: B8

Commento: Suff. Allo schiacciamento

Cella: C8

Commento: Suff. Allo schiacciamento

Cella: D8

Commento: Suff. Allo schiacciamento

	A	B	C	D	E
1		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	0,90	0,00	0,00	1,00
3	Commissario 2	0,90	0,00	0,00	1,00
4	Commissario 3	0,90	0,00	0,00	1,00
5	Media coefficienti	0,90	0,00	0,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,90	0,00	0,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
8		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	0,90	0,00	0,00	1,00
10	Commissario 2	0,90	0,00	0,00	1,00
11	Commissario 3	0,90	0,00	0,00	1,00
12	Media coefficienti	0,90	0,00	0,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,90	0,00	0,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	0,00	0,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	0,00	0,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	0,00	0,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	0,00	0,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	0,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
22		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	0,00	0,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	0,00	0,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	0,00	0,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	0,00	0,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	0,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Medtronic	Mehos	Teleflex
30					
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>66,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto8

Cella: B1

Commento: Risulta un po' rigido

Cella: B8

Commento: Risulta un po' rigido

Cella: C32

Commento: Non idoneo: non risponde al capitolato. Non antischiacciamento

Cella: D32

Commento: Non idoneo: si è rotto durante la prova

	A	B	C	D	E	F
1		Deas	Flexicare	Intersurgical	Medtronic	Tau Medica
2	Commissario 1	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Commissario 2	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Commissario 3	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Media coefficienti	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,80	1,00	1,00	1,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
8		Deas	Flexicare	Intersurgical	Medtronic	Tau Medica
9	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
12	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Flexicare	Intersurgical	Medtronic	Tau Medica
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,60
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>12,00</b>
22		Deas	Flexicare	Intersurgical	Medtronic	Tau Medica
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Flexicare	Intersurgical	Medtronic	Tau Medica
30						
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>67,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>62,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>67,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>62,00</b>

Lotto9

Cella: B1

Commento: Molto rigido

Cella: F15

Commento: Campionatura CO2 prossimale, non specificamente sulla linea respiratoria

	A	B	C	D	E	F	G
1		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
2	Commissario 1	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Commissario 2	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Commissario 3	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Media coefficienti	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Normalizzazione a 1	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>10,50</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
9	Commissario 1	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
10	Commissario 2	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
11	Commissario 3	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
12	Media coefficienti	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
13	Normalizzazione a 1	0,88	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>17,50</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
30							
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>63,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>63,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lotto10

Cella: B1

Commento: Rigido e poco flessibile

Cella: B8

Commento: Rigido e poco flessibile

Cella: C8

Commento: Resistenza allo schiacciamento e flessibilità buone, non eccellenti

Cella: D8

Commento: Resistenza allo schiacciamento e flessibilità buone, non eccellenti

Cella: E32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla minima pressione

Cella: F32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla minima pressione

Cella: G32

Commento: NON PRESENTA CAMPIONATURA



	A	B	C	D	E	F	G
1		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
2	Commissario 1	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80
3	Commissario 2	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80
4	Commissario 3	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80
5	Media coefficienti	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80
6	Normalizzazione a 1	0,70	1,00	1,00	0,00	0,00	0,80
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>10,50</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
8		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
9	Commissario 1	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	1,00
10	Commissario 2	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	1,00
11	Commissario 3	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	1,00
12	Media coefficienti	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,70	0,80	0,80	0,00	0,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>14,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
22		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Intersurgical	Medtronic	Mehos	Tau Medica	Teleflex
30							
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>59,50</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>62,16</b>	<b>68,96</b>	<b>68,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto11

Cella: B1

Commento: Rigido, poco flessibile

Cella: G1

Commento: Flessibilità e rigidità buone, non eccellenti

Cella: B8

Commento: Rigido, poco flessibile

Cella: C8

Commento: Resistenza allo schiacciamento e flessibilità buone, ma non eccellenti

Cella: D8

Commento: Resistenza allo schiacciamento e flessibilità buone, ma non eccellenti

Cella: E32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla pressione

Cella: F32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla minima pressione

	A	B	C	D	E
1		Deas	Medtronic	Mehos	Tau Medica
2	Commissario 1	0,70	0,00	0,00	0,00
3	Commissario 2	0,70	0,00	0,00	0,00
4	Commissario 3	0,70	0,00	0,00	0,00
5	Media coefficienti	0,70	0,00	0,00	0,00
6	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		Deas	Medtronic	Mehos	Tau Medica
9	Commissario 1	0,60	0,00	0,00	0,00
10	Commissario 2	0,60	0,00	0,00	0,00
11	Commissario 3	0,60	0,00	0,00	0,00
12	Media coefficienti	0,60	0,00	0,00	0,00
13	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		Deas	Medtronic	Mehos	Tau Medica
16	Commissario 1	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Commissario 2	1,00	0,00	0,00	0,00
18	Commissario 3	1,00	0,00	0,00	0,00
19	Media coefficienti	1,00	0,00	0,00	0,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		Deas	Medtronic	Mehos	Tau Medica
23	Commissario 1	1,00	0,00	0,00	0,00
24	Commissario 2	1,00	0,00	0,00	0,00
25	Commissario 3	1,00	0,00	0,00	0,00
26	Media coefficienti	1,00	0,00	0,00	0,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Deas	Medtronic	Mehos	Tau Medica
30					
31	Punti complessivi	70,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lotto12

Cella: B1

Commento: Flessibilità e resistenza allo schiacciamento discrete, non eccellenti

Cella: B8

Commento: Flessibilità e resistenza allo schiacciamento discrete, non eccellenti

Cella: C32

Commento: Non conforme – non sterile

Il capitolato prevede “materiale sterile”

Cella: D32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla minima pressione

Cella: E32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla minima pressione

	A	B	C	D	E
1		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
2	Commissario 1	0,70	0,90	0,00	1,00
3	Commissario 2	0,70	0,90	0,00	1,00
4	Commissario 3	0,70	0,90	0,00	1,00
5	Media coefficienti	0,70	0,90	0,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,70	0,90	0,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>10,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
8		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
9	Commissario 1	0,60	1,00	0,00	1,00
10	Commissario 2	0,60	1,00	0,00	1,00
11	Commissario 3	0,60	1,00	0,00	1,00
12	Media coefficienti	0,60	1,00	0,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,60	1,00	0,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>12,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
15		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	0,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	0,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	0,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	0,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	0,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
22		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	0,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	0,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	0,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	0,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	0,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
29		Deas	Medtronic	Tau Medica	Teleflex
30					
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>57,50</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>57,50</b>	<b>68,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto13

Cella: B1

Commento: Flessibilità e rigidità – resistenza allo schiacciamento discrete, non eccellenti

Cella: C1

Commento: Rigidità e flessibilità non ottimali

Cella: B8

Commento: Flessibilità e rigidità – resistenza allo schiacciamento discrete, non eccellenti

Cella: D32

Commento: Non idoneo: si schiaccia alla minima pressione

	A	B	C
1		Medtronic	Tau Medica
2	Commissario 1	1,00	0,60
3	Commissario 2	1,00	0,60
4	Commissario 3	1,00	0,60
5	Media coefficienti	1,00	0,60
6	Normalizzazione a 1	1,00	0,60
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>
8		Medtronic	Tau Medica
9	Commissario 1	1,00	0,00
10	Commissario 2	1,00	0,00
11	Commissario 3	1,00	0,00
12	Media coefficienti	1,00	0,00
13	Normalizzazione a 1	1,00	0,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
15		Medtronic	Tau Medica
16	Commissario 1	1,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
22		Medtronic	Tau Medica
23	Commissario 1	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
29		Medtronic	Tau Medica
30			
31	Punti complessivi	70,00	44,00
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>44,00</b>

Lotto14

Cella: C1

Commento: 1-sufficiente perché il dispositivo è flessibile ma troppo rigido

2-il dispositivo non è adeguato perché: trasparenza minima, buona la flessibilità ma assente la resistenza allo schiacciamento (una volta schiacciato non riprende la forma originale)