

	A	B	C	D
1		Mehos	Teleflex	Vedise
2	Commissario 1	0,70	0,80	1,00
3	Commissario 2	0,70	0,80	1,00
4	Commissario 3	0,70	0,80	1,00
5	Media coefficienti	0,70	0,80	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,70	0,80	1,00
7	<b>Ponderazione (max 30 pt.)</b>	<b>21,00</b>	<b>24,00</b>	<b>30,00</b>
8		Mehos	Teleflex	Vedise
9	Commissario 1	0,80	1,00	1,00
10	Commissario 2	0,80	1,00	1,00
11	Commissario 3	0,80	1,00	1,00
12	Media coefficienti	0,80	1,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,80	1,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
15		Mehos	Teleflex	Vedise
16	Commissario 1	0,80	0,80	1,00
17	Commissario 2	0,80	0,80	1,00
18	Commissario 3	0,80	0,80	1,00
19	Media coefficienti	0,80	0,80	1,00
20	Normalizzazione a 1	0,80	0,80	1,00
21	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>
22		Mehos	Teleflex	Vedise
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
29		Mehos	Teleflex	Vedise
30				
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>55,00</b>	<b>61,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>55,00</b>	<b>61,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto41

Cella: B1

Commento: La ditta presenta un kit da tracheotomia percutanea.

Curvatura non ottimale

Sistema rigido

Cella: C1

Commento: Cannula un po rigida

Introduttore rigido e possib. traumatico

Cella: B8

Commento: La ditta presenta un kit da tracheotomia percutanea.

Curvatura non ottimale

Sistema rigido

Cella: B15

Commento: La ditta presenta un kit da tracheotomia percutanea.

Curvatura non ottimale

Sistema rigido

Cella: C15

Commento: Cannula un po rigida

Introduttore rigido e possib. traumatico

	A	B	C	D	E	F	G
1		Diemme	Flexicare	Medival	Mehos	Smiths Medical	Vedise
2	Commissario 1	0,60	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
3	Commissario 2	0,60	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
4	Commissario 3	0,60	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
5	Media coefficienti	0,60	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
6	Normalizzazione a 1	0,60	0,60	1,00	1,00	0,00	0,00
7	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8		Diemme	Flexicare	Medival	Mehos	Smiths Medical	Vedise
9	Commissario 1	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
10	Commissario 2	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
11	Commissario 3	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
12	Media coefficienti	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
13	Normalizzazione a 1	0,50	0,50	1,00	1,00	0,00	0,00
14	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>12,50</b>	<b>12,50</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15		Diemme	Flexicare	Medival	Mehos	Smiths Medical	Vedise
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
21	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22		Diemme	Flexicare	Medival	Mehos	Smiths Medical	Vedise
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
29		Diemme	Flexicare	Medival	Mehos	Smiths Medical	Vedise
30							
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>53,50</b>	<b>53,50</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lotto42

Cella: B1

Commento: Rigido

Cella: C1

Commento: Rigido

Cella: B8

Commento: Troppo occlusivo – traumatico per la lingua e guance

Cella: C8

Commento: Troppo occlusivo – traumatico per la lingua e guance

Cella: F32

Commento: NON CONFORME – Sistema fissaggio cannula tracheotomia

Cella: G32

Commento: NON CONFORME – supporto tracheostomia

	A	B	C	D
1		Flexicare	SmithsMedical	Teleflex
2	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
3	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
4	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
5	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
8		Flexicare	SmithsMedical	Teleflex
9	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
10	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
11	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
12	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>
15		Flexicare	SmithsMedical	Teleflex
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 5 pt.)</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>
22		Flexicare	SmithsMedical	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
29		Flexicare	SmithsMedical	Teleflex
30				
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		Alea	Ambu	Diemme	Fase	Flexicare	Intersurgical	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	0,80	1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	0,80	1,00
3	Commissario 2	0,80	1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	0,80	1,00
4	Commissario 3	0,80	1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	0,80	1,00
5	Media coefficienti	0,80	1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	0,80	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,80	1,00	1,00	0,00	0,80	1,00	0,80	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>
8		Alea	Ambu	Diemme	Fase	Flexicare	Intersurgical	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	0,80	0,70	0,70	0,00	0,60	0,80	0,60	1,00
10	Commissario 2	0,80	0,70	0,70	0,00	0,60	0,80	0,60	1,00
11	Commissario 3	0,80	0,70	0,70	0,00	0,60	0,80	0,60	1,00
12	Media coefficienti	0,80	0,70	0,70	0,00	0,60	0,80	0,60	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,80	0,70	0,70	0,00	0,60	0,80	0,60	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>16,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>12,00</b>	<b>20,00</b>
15		Alea	Ambu	Diemme	Fase	Flexicare	Intersurgical	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	0,90	0,90	0,80	0,00	0,80	1,00	0,90	1,00
17	Commissario 2	0,90	0,90	0,80	0,00	0,80	1,00	0,90	1,00
18	Commissario 3	0,90	0,90	0,80	0,00	0,80	1,00	0,90	1,00
19	Media coefficienti	0,90	0,90	0,80	0,00	0,80	1,00	0,90	1,00
20	Normalizzazione a 1	0,90	0,90	0,80	0,00	0,80	1,00	0,90	1,00
21	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>22,50</b>	<b>22,50</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>25,00</b>	<b>22,50</b>	<b>25,00</b>
22		Alea	Ambu	Diemme	Fase	Flexicare	Intersurgical	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
29		Alea	Ambu	Diemme	Fase	Flexicare	Intersurgical	Mehos	Teleflex
30									
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>60,50</b>	<b>61,50</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>66,00</b>	<b>56,50</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>60,50</b>	<b>61,50</b>	<b>59,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	<b>66,00</b>	<b>56,50</b>	<b>70,00</b>

Lotto44

Cella: B1

Commento: Cuffia rigida

Cella: E1

Commento: NON RINNOVA OFFERTA

Cella: F1

Commento: Cuffia rigida – punta rigidissima

Cella: H1

Commento: Cedevole, cuffiatura poco progressiva

Cella: B8

Commento: Cuffia rigida

Cella: C8

Commento: Cuffia un po' rigida

Cella: D8

Commento: Cuffia un po' rigida

Cella: F8

Commento: Cuffia rigida – punta rigidissima

Cella: G8

Commento: Cuffia un po' rigida

Cella: H8

Commento: Cedevole, cuffiatura poco progressiva

Cella: B15

Commento: Tenuta non ottimale

Cella: C15

Lotto44

Commento: Tenuta non sempre ottimale

Cella: D15

Commento: Tenuta non sempre garantita

Cella: F15

Commento: Tenuta non ottimale

Cella: H15

Commento: Tenuta non sempre affidabile



	A	B	C	D	E	F
1		Alea	Ambu	Flexicare	Mehos	Teleflex
2	Commissario 1	0,90	0,70	0,50	0,70	1,00
3	Commissario 2	0,90	0,70	0,50	0,70	1,00
4	Commissario 3	0,90	0,70	0,50	0,70	1,00
5	Media coefficienti	0,90	0,70	0,50	0,70	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,90	0,70	0,50	0,70	1,00
7	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>18,00</b>	<b>14,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>20,00</b>
8		Alea	Ambu	Flexicare	Mehos	Teleflex
9	Commissario 1	0,70	0,70	0,70	0,60	1,00
10	Commissario 2	0,70	0,70	0,70	0,60	1,00
11	Commissario 3	0,70	0,70	0,70	0,60	1,00
12	Media coefficienti	0,70	0,70	0,70	0,60	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,70	0,70	0,70	0,60	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>12,00</b>	<b>20,00</b>
15		Alea	Ambu	Flexicare	Mehos	Teleflex
16	Commissario 1	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00
17	Commissario 2	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00
18	Commissario 3	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00
19	Media coefficienti	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00
20	Normalizzazione a 1	0,80	0,80	0,90	0,90	1,00
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>20,00</b>
22		Alea	Ambu	Flexicare	Mehos	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
29		Alea	Ambu	Flexicare	Mehos	Teleflex
30						
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>58,00</b>	<b>54,00</b>	<b>52,00</b>	<b>54,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>58,00</b>	<b>54,00</b>	<b>52,00</b>	<b>54,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto45

Cella: B1

Commento: Materiale, soprattutto della cuffia, poco performante

Cella: C1

Commento: Materiale troppo morbido sui teli (il sondino fatica a progredire)

Cella: D1

Commento: Si schiaccia sulla curvatura, la linguetta sulla parte distale potrebbe ostruire il lume

Cella: E1

Commento: "Morso" non appiattito e non protetto

Cedevole e poco adattabile la cuffia

Cella: B8

Commento: Materiale, soprattutto della cuffia, poco performante

Cella: C8

Commento: Materiale troppo morbido sui teli (il sondino fatica a progredire)

Cella: D8

Commento: Si schiaccia sulla curvatura, la linguetta sulla parte distale potrebbe ostruire il lume

Cella: E8

Commento: "Morso" non appiattito e non protetto

Cedevole e poco adattabile la cuffia

Cella: B15

Commento: Tenuta non sempre garantita

Cella: C15

Commento: Tenuta non ottimale

Cella: D15

Commento: Si schiaccia sulla curvatura, la linguetta sulla parte distale potrebbe ostruire il lume

Lotto45

Cella: E15

Commento: "Morso" non appiattito e non protetto  
Cedevole e poco adattabile la cuffia

	A	B	C	D
1		Alea	Ambu	Teleflex
2	Commissario 1	0,40	0,00	1,00
3	Commissario 2	0,40	0,00	1,00
4	Commissario 3	0,40	0,00	1,00
5	Media coefficienti	0,40	0,00	1,00
6	Normalizzazione a 1	0,40	0,00	1,00
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>
8		Alea	Ambu	Teleflex
9	Commissario 1	0,30	0,00	1,00
10	Commissario 2	0,30	0,00	1,00
11	Commissario 3	0,30	0,00	1,00
12	Media coefficienti	0,30	0,00	1,00
13	Normalizzazione a 1	0,30	0,00	1,00
14	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
15		Alea	Ambu	Teleflex
16	Commissario 1	0,50	0,00	1,00
17	Commissario 2	0,50	0,00	1,00
18	Commissario 3	0,50	0,00	1,00
19	Media coefficienti	0,50	0,00	1,00
20	Normalizzazione a 1	0,50	0,00	1,00
21	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>12,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>
22		Alea	Ambu	Teleflex
23	Commissario 1	1,00	0,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	0,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	0,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	0,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	0,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
29		Alea	Ambu	Teleflex
30				
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>34,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>

Lotto46

Cella: B32

Commento: Qualità della cuffia insufficiente. Al gonfiaggio assume forma poco “conformante” – debordante. Tenuta scarsa

Cella: C32

Commento: NON CONFORME – Non è pluriuso

	A	B
1		Praesidia
2	Commissario 1	1,00
3	Commissario 2	1,00
4	Commissario 3	1,00
5	Media coefficienti	1,00
6	Normalizzazione a 1	1,00
7	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>
8		Praesidia
9	Commissario 1	1,00
10	Commissario 2	1,00
11	Commissario 3	1,00
12	Media coefficienti	1,00
13	Normalizzazione a 1	1,00
14	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>
15		Praesidia
16	Commissario 1	1,00
17	Commissario 2	1,00
18	Commissario 3	1,00
19	Media coefficienti	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00
21	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>
22		Praesidia
23	Commissario 1	1,00
24	Commissario 2	1,00
25	Commissario 3	1,00
26	Media coefficienti	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>
29		Praesidia
30		
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>70,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>

	A	B
1		Teleflex
2	Commissario 1	1,00
3	Commissario 2	1,00
4	Commissario 3	1,00
5	Media coefficienti	1,00
6	Normalizzazione a 1	1,00
7	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>
8		Teleflex
9	Commissario 1	1,00
10	Commissario 2	1,00
11	Commissario 3	1,00
12	Media coefficienti	1,00
13	Normalizzazione a 1	1,00
14	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>
15		Teleflex
16	Commissario 1	1,00
17	Commissario 2	1,00
18	Commissario 3	1,00
19	Media coefficienti	1,00
20	Normalizzazione a 1	1,00
21	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>
22		Teleflex
23	Commissario 1	1,00
24	Commissario 2	1,00
25	Commissario 3	1,00
26	Media coefficienti	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>
29		Teleflex
30		
31	Punti complessivi	70,00
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>

[illegible]



Lotto49

Cella: B1

Commento: NON RINNOVA OFFERTA

Cella: D1

Commento: NON RINNOVA OFFERTA

Cella: B32

Commento: Nella campionatura presenta maschera per Aerosol

[illegible]

Lotto50

Cella: D1

Commento: NON RINNOVA OFFERTA

	A	B	C	D	E
1		Daes	Intersurgical	Mehos	Vyair
2	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,40
3	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,40
4	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,40
5	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,40
6	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,40
7	<b>Ponderazione (max 15 pt.)</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>6,00</b>
8		Daes	Intersurgical	Mehos	Vyair
9	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,40
10	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,40
11	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,40
12	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,40
13	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,40
14	<b>Ponderazione (max 25 pt.)</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>10,00</b>
15		Daes	Intersurgical	Mehos	Vyair
16	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	0,40
17	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	0,40
18	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	0,40
19	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	0,40
20	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	0,40
21	<b>Ponderazione (max 20 pt.)</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>8,00</b>
22		Daes	Intersurgical	Mehos	Vyair
23	Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00
24	Commissario 2	1,00	1,00	1,00	1,00
25	Commissario 3	1,00	1,00	1,00	1,00
26	Media coefficienti	1,00	1,00	1,00	1,00
27	Normalizzazione a 1	1,00	1,00	1,00	1,00
28	<b>Ponderazione (max 10 pt.)</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
29		Daes	Intersurgical	Mehos	Vyair
30					
31	<b>Punti complessivi</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>34,00</b>
32	<b>Punti complessivi riparametrato</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>34,00</b>

Lotto51

Cella: E1

Commento: Maschera poco funzionale e adattabile, rigida e scarsa tenuta della ventilazione

Cella: E8

Commento: Maschera poco funzionale e adattabile, rigida e scarsa tenuta della ventilazione

Cella: E15

Commento: Maschera poco funzionale e adattabile, rigida e scarsa tenuta della ventilazione